



**SYSTÈME
ASSURANCE
QUALITÉ**

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A.
Via Luigi Einaudi 23
I-10024 Moncalieri (TO) ITALY
Phone +39-011-6400211 -
Fax +39-011 6400222
Internet: www.majordental.com -
e-mail: info@majordental.com

PRODUIT

MAJOR DENT

CODE - PACK

T 4111 – 1x6 Dents antérieures (supérieures ou inférieures)- Teintier A1-D4
T 4112 – 1x8 Dents postérieures (supérieures ou inférieures)- Teintier A1-D4
T 4119 – 1x28 Bouche complète - Teintier A1-D4
T 4141 – 1x6 Dents antérieures (supérieures ou inférieures)- Teintier 2C-3R
T 4142 – 1x8 Dents postérieures (supérieures ou inférieures)- Teintier 2C-3R
T 4149 – 1x28 Bouche complète – Teintier 2C-3R

DESCRIPTION

Dents acryliques à 2 couches disponibles dans les teintiers A1-D4 et 2C-3R.

EXIGENCE

TELLE QU'ELLE EST ÉNONCÉE PAR LA DIRECTIVE CEE 93/42 / CEE POUR LA CLASSE IIA DISPOSITIFS MÉDICAUX ET PAR LA NORME INTERNATIONALE ISO 22112: 2017

ANALYSE CHIMIQUE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE

Matériel

QUANTITÉ (%)

POLY (méthacrylate de méthyle) et / ou POLY (méthyle-méthacrylate-co-allylméthacrylate)réticulé, 1,4 butanediol diméthacrylate	> 99%
Oxyde de titane (IV)	< 0,08%
Tous les autres pigments	< 0,04%
Résidus de réaction non vaporisés	< 0,5%

CARACTÉRISATION PHYSIQUE

EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME CI-DESSUS MENTIONNÉE ISO 22112: 2017

CE PRODUIT EST CONFORME AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 93/42 CE POUR LES DISPOSITIFS DE LA CLASSE IIA

CERTIFICATIONS



Date: 07/11/2018

SYSTÈME D'ASSURANCE DE
QUALITÉ

DIRECTEUR EXECUTIF MAJOR S.p.A

FILIPPO BERRUTTI